

Tabella 7: marcatori di HBV: anti-HBs, anti-HBc IgM, anti-HBc, HBeAg, HBsAg

	Anti-HBs	Anti-HBc IgM	Anti-HBc	HBsAg	Criterio di accettazione
Sensibilità diagnostica	Campioni positivi	200 Inclusi campioni corrispondenti a diversi stadi dell'infezione (acuta, cronica, ecc.)	200 Inclusi campioni corrispondenti a diversi stadi dell'infezione (acuta, cronica, ecc.)	200 Inclusi campioni corrispondenti a diversi stadi dell'infezione (acuta, cronica, ecc.)	≥ 98 %
	Panel di seroconversione	Se disponibile			
Sensibilità analitica	Standard			Standard PEI	Anti-HBs: < 10 mIU/ml
	Campioni negativi	500 Inclusi campioni clinici	200 donazioni di sangue 200 campioni clinici	200 donazioni di sangue 200 campioni clinici	≥ 98 %
Specificità diagnostica	Campioni positivi	50 Indicazione dei marcatori di HBV	200 Indicazione dei marcatori di HBV	200 Indicazione dei marcatori di HBV	≥ 98 %
	Campioni negativi	200 Inclusi campioni clinici 50 campioni potenzialmente interferenti	200 Inclusi campioni clinici 50 campioni potenzialmente interferenti	200 Inclusi campioni clinici 50 campioni potenzialmente interferenti	≥ 98 %

Tabella 8: marcatori di HDV: anti-HDV, anti-HDV IgM, antigene Delta

	Anti-HDV	Anti-HDV IgM	Antigene Delta	Criterio di accettazione
Sensibilità diagnostica	Campioni positivi	100 Indicazione dei marcatori di HBV	10 Indicazione dei marcatori di HBV	≥ 98 %
	Campioni negativi	200 Inclusi campioni clinici 50 campioni potenzialmente interferenti	200 Inclusi campioni clinici 50 campioni potenzialmente interferenti	200 Inclusi campioni clinici 50 campioni potenzialmente interferenti

COPIA TRATTA DA CRIPTEL - GIUNTA UFFICIALE ON-LINE